

**色谱条件 (GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定)**

色谱柱 : CAPCELL PAK MG S5; 4.6 mm i.d.x250 mm
流动相 : 20mM CH₃COONH₄ : CH₃OH = 90 : 10
流速 : 1.0 mL/min
温度 : 30 °C
检测 : PDA 293nm
进样量 : 10 μL
样品浓度 : 50 mg/L (溶剂为水)